



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»
Провайдер проверок квалификации лабораторий
посредством межлабораторных сравнительных испытаний



Номер в реестре ФСА / аттестат аккредитации: № RA.RU.430162 / № AAC.PTP.00220
Сертификат соответствия СМК № RA.RU.IB13.K00003

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

1 этап 2025 г.

Настоящим удостоверяется, что испытательная аналитическая лаборатория (АО «БВТ БАРЬЕР РУС») принимал(а) участие в программе проверки квалификации лабораторий «РОСА 2025», получив удовлетворительные результаты по следующим показателям:

Шифр образца	Наименование показателя	Единица измерения	Результат анализа	Приписанное значение
ОК-А1-25В	Хром общий	мкг/л	$2,4 \pm 1,1$	$2,08 \pm 0,03$
ОК-С1-25В	Алюминий	мг/л	$0,180 \pm 0,043$	$0,165 \pm 0,005$
ОК-С1-25В	Железо общее	мг/л	$0,19 \pm 0,05$	$0,188 \pm 0,004$
ОК-D1-25В	Аммоний-ионы	мг/л	$0,23 \pm 0,06$	$0,241 \pm 0,006$
ОК-E1-25В	Перманганатная окисляемость	мг/л	$5,0 \pm 0,5$	$4,99 \pm 0,21$
ОК-Н1-25В	Барий	мг/л	$0,143 \pm 0,036$	$0,151 \pm 0,006$
ОК-Н1-25В	Литий	мг/л	$0,032 \pm 0,010$	$0,0292 \pm 0,0011$
ОК-Н1-25В	Стронций	мг/л	$0,346 \pm 0,069$	$0,400 \pm 0,015$
ОК-У1-25В	Жесткость общая	град. Ж	$2,0 \pm 0,3$	$1,99 \pm 0,03$
ОК-У1-25В	Калий	мг/л	$6,08 \pm 0,85$	$6,00 \pm 0,03$
ОК-У1-25В	Кальций	мг/л	$16,7 \pm 1,8$	$17,0 \pm 0,1$
ОК-У1-25В	Магний	мг/л	$14,2 \pm 2,6$	$13,9 \pm 0,3$
ОК-У1-25В	Натрий	мг/л	$15,3 \pm 1,5$	$16,0 \pm 0,1$
ОК-У1-25В	Сухой остаток при 105 °С	мг/л	207 ± 19	213 ± 2

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа: А – воздух; В – вода;
О – осадок сточных вод; П – почва; Р – реагент водоподготовки; У – минеральные удобрения.
Сводный отчет по результатам проверки квалификации № 1-25 опубликован на сайте www.rossalab.ru

Руководитель провайдера

А.В. Чамаев

Координатор провайдера

Л.Д. Деева



Регистрационный № 528/171-МСИ-2025 - 1
Москва



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»
Провайдер проверок квалификации лабораторий
посредством межлабораторных сравнительных испытаний



Номер в реестре ФСА / аттестат аккредитации: № RA.RU.430162 / № ААС.РТР.00220
Сертификат соответствия СМК № RA.RU.HB13.K00003

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 этап 2025 г.

Настоящим удостоверяется, что испытательная аналитическая лаборатория (АО «БВТ БАРЬЕР РУС») принимал(а) участие в программе проверки квалификации лабораторий «РОСА 2025», получив удовлетворительные результаты по следующим показателям:

Шифр образца	Наименование показателя	Единица измерения	Результат анализа	Приписанное значение
ОК-В2-25В	АПАВ	мг/л	$0,313 \pm 0,081$	$0,280 \pm 0,012$
ОК-Н2-25В	Кальций	мг/л	$17,6 \pm 1,9$	$18,0 \pm 0,1$
ОК-С2-25В	Общая щелочность	ммоль/л	$2,82 \pm 0,34$	$2,794 \pm 0,006$
ОК-С2-25В	Свободная щелочность	ммоль/л	$0,44 \pm 0,09$	$0,467 \pm 0,037$
ОК-С2-25В	Фторид-ионы	мг/л	$1,88 \pm 0,26$	$1,80 \pm 0,02$
ОК-Т2-25В	рН при 25 °С	ед. рН	$7,04 \pm 0,20$	$7,015 \pm 0,004$
ОК-Х2-25В	Хлор общий (йодометрия)	мг/л	$1,60 \pm 0,19$	$1,45 \pm 0,03$
ОК-У2-25В	Формальдегид	мг/л	$0,18 \pm 0,04$	$0,180 \pm 0,005$

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа: А – воздух; В – вода; С – смывы; О – осадок сточных вод; П – почва; Р – реагент водоподготовки; У – минеральные удобрения.

Сводный отчет по результатам проверки квалификации № 4-25 опубликован на сайте www.rossalab.ru

Руководитель провайдера

А.В. Чамаев

Координатор провайдера

Л.Д. Деева



Регистрационный № 528/1 /2-МСИ-2025 - 1
г. Москва